MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Termo de Retificação 30/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
30/2026	153010-MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S. FONSECA/RJ	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA	26/10/2026 11:58 (v 0.7)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		23063.001065/2026-81

Termo de retificação - Pregão 170-2026

TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2026
(PROCESSO Nº 23063.001065/2026-81)

A Equipe de Planejamento da Contratação, designada para condução da fase preparatória do Pregão Eletrônico nº 170/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de laboratório destinados ao atendimento das atividades acadêmicas e práticas laboratoriais do Curso de Engenharia de Alimentos e dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Alimentos e em Química do Campus Valença do CEFET/RJ, torna pública a presente **RETIFICAÇÃO**, nos seguintes termos:

1. DA RETIFICAÇÃO

Fica alterada a especificação técnica do item referente ao **Evaporador Rotativo para Laboratório**, passando a vigorar com a seguinte redação:

Evaporador rotativo para laboratório, capacidade nominal de 1 litro, para operação sob vácuo, com as seguintes características mínimas:

- Estrutura com suporte e sistema de levantamento manual ou automático;

- Coluna de condensação vertical com serpentina (simples ou dupla).

- Sistema de realimentação contínua e dispositivo quebra-vácuo;

- Banho aquecido com controle de temperatura ajustável, com temperatura máxima de, no mínimo, 99°C.

- Controle de temperatura analógico, digital ou tecnologia equivalente;

- Controle de rotação ajustável até 150 rpm;

- Indicação de rotação por tacômetro analógico, digital ou sistema equivalente que permita a visualização da rotação em rpm;

Características operacionais:

- Compatível com balões de evaporação de até 1000 ml;

- Sistema de vedação em material resistente aos solventes utilizados e adequado à operação sob vácuo;

Alimentação elétrica: 220 V, compatível com frequência de 60 Hz.

Acompanha:

- Balão de evaporação de 1000 ml;

- Balão receptor de 1000 ml;

- Garras, grampos e demais acessórios necessários ao funcionamento.

Garantia mínima de 12 (doze) meses, abrangendo defeitos de fabricação e funcionamento do equipamento.

2. DA REABERTURA DOS PRAZOS

Em razão da alteração promovida, ficam reabertos os prazos do certame, observadas as seguintes datas:

- **Início do recebimento das propostas:** 27 de outubro de 2026, às 08h00 (horário de Brasília);
- **Abertura da sessão pública:** 10 de novembro de 2026, às 10h00 (horário de Brasília).

3. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais condições, especificações e disposições constantes do Edital e de seus anexos.

As alterações promovidas na especificação por este Termo de Retificação serão incorporadas à versão consolidada do Edital.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA

Administradora - Integrante Administrativa

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 11:58:36.

Documento assinado digitalmente
LARISSA INGRID MADEIRA SILVA
Data: 26/10/2026 13:08:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARISSA INGRID MADEIRA SILVA

Técnica de Laboratório - Integrante Requisitante/Técnica